

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo - CISVALE
Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo - CISVALE
CISVALE

Pregão Eletrônico nº 001/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	KIT TESTE RAPIDO ANTIGENO SASR-COV2 - Teste Rápido Antígeno SARS-CoV 2 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno da covid-19 (SARS-CoV-2) pela metodologia de imunocromatografia - amostra swab de nasofaringe. Característica de desempenho: sensibilidade mínima de 90%. Especificidade mínima de 98%. MATERIAL PARA COLETA: Dispositivo de teste vedado, tubo de diluição do ensaio, tampa de filtrante, haste de algodão esterilizado para coleta de amostra nasofaringes
Quantidade:	88.000
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência:	25,44
Valor Final:	12,00
Valor Total:	1.056.000,00
Situação:	Homologado em 14/04/2021 16:23:16 Por: HELENA HERMANY
Nome da Empresa:	CELER BIOTECNOLOGIA
Modelo:	SARS-COV-2 AG RAPID TEST

HELENA HERMANY
Autoridade Competente