

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo - CISVALE

CISVALE

Registro de Preços Eletrônico - 006/2023

Resultado da Homologação

0001 - KITS DE TESTES RÁPIDOS - COMBO ANTÍGENO SARS-COV2 E INFLUENZA TIPO A e TIPO B: Testes rápidos combo para detecção qualitativa, simultânea e diferenciada de antígeno da Covid-19 (SARS-CoV-2) e Influenza A+B, pela metodologia de imunocromatografia - amostra swab de nasofaringe (insumos e acessórios para coleta)

Característica desempenho:

Sensibilidade (mínima):

SARS-CoV-2: 95,00% Influenza A: 94,00% Influenza B: 90,00%

Especificidade (mínima): SARS-CoV-2: 98,00% Influenza A: 98,00% Influenza B: 98,00% Material para coleta: dispositivo de teste vedado, tubo de diluição, solução tampão, haste esterilizada para coletas de amostras nasal/nasofaríngeo/orofaríngeo- swabs estéreis. - TESTE DE COVID 19 AG - Valor Referência: 13,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CEPALAB LABORATORIOS LTDA	TESTE DE COVID 19 AG	88.000 Kit	6,44	566.720,00	Homologado em 20/04/2023 10:46:11 Por: GILSON ADRIANO BECKER

GILSON ADRIANO BECKER

Autoridade Competente

