

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo - CISVALE

CISVALE

Registro de Preços Eletrônico - 003/2025

## Resultado da Homologação

**0001 - KIT DE TESTES RÁPIDOS - COMBO ANTÍGENO SARS-COV2 E INFLUENZA TIPO A e TIPO B:** Testes rápidos combo para detecção qualitativa, simultânea e diferenciada de antígeno da Covid-19 (SARS-CoV-2) e Influenza A+B, pela metodologia de imunocromatografia - amostra swab de nasofaringe (insumos e acessórios para coleta) Característica desempenho: Sensibilidade (mínima): SARS-CoV-2: 95,00% Influenza A: 94,00% Influenza B: 90,00% Especificidade (mínima): SARS-CoV-2: 98,00% Influenza A: 98,00% Influenza B: 98,00% Material para coleta: dispositivo de teste vedado, tubo de diluição, solução tampão, haste esterilizada para coletas de amostras nasal/nasofaríngeo/orofaríngeo- swabs estéreis. - **TESTE COMBO INFLUENZA - Valor Referência: 8,00**

| Fornecedor                | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 7,49        | 492.093,00  | Homologado em 29/05/2025 14:39:56 Por: GILSON ADRIANO BECKER |

**0002 - Teste Rápido de Dengue para detecção qualitativa dos anticorpos de classe IgG e IgM e do antígeno NS1 do vírus da dengue, MÉTODO: IMUNOCROMATOGRAFIA, APRESENTAÇÃO: TESTE.** Deve conter os insumos e acessórios necessários para coleta. Sensibilidade, (mínima): IgG/IgM: 95,00% e Antígeno NS1: 95,00% Especificidade (mínima): IgG/IgM: 95,00% e Antígeno NS1 95,00%. - **COMBO DENGUE - Valor Referência: 6,45**

| Fornecedor                      | Valor Final | Valor Total | Situação                                                     |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA | 7,25        | 261.725,00  | Homologado em 29/05/2025 14:40:16 Por: GILSON ADRIANO BECKER |

GILSON ADRIANO BECKER

Autoridade Competente

